

# INFORME DE EVALUACIÓN DOCUMENTAL

## SCA-51072



CESMEC

SOLICITANTE : **ALLERGIKA CHILE SPA**  
ATENCIÓN : **CARLOS JIMENEZ**  
DIRECCIÓN : **BADAJEZ 130 OF.805 - LAS CONDES**

ORDEN DE TRABAJO: **499352**  
FECHA DE EMISIÓN: **04/06/2020**

EL CENTRO DE ESTUDIOS, MEDICIÓN Y CERTIFICACIÓN DE CALIDAD, CESMEC S.A., CONFIRMA QUE SE HAN EVALUADO - LOS ANTECEDENTES TÉCNICOS QUE SE INDICAN MÁS ADELANTE.

LOS RESULTADOS CORRESPONDIENTES SE VALIDAN A SOLICITUD DE LA EMPRESA ALLERGIKA CHILE SPA, DOCUMENTOS DE REFERENCIA INFORME DE PRUEBA O ENSAYO DE LA EMPRESA SHENZHEN CTO TECHNOLOGY SERVICE CO., LTD

LOS RESULTADOS VALIDADOS, NO TIENEN PROYECCIÓN ESTADÍSTICA, SOBRE LOTES O PARTIDAS FUTURAS.

### 1.- DOCUMENTOS

INFORME DE ENSAYO	DESCRIPCIÓN
SHENZHEN CTO TECHNOLOGY SERVICE CO., LTD No: CTO200326122MRS	Ensayo de protección respiratoria con filtro autocebante y respirador antipartículas a mascarillas modelos HT9510. <b>Mascarilla KN95 . marca HUATE</b>



### 2.- LABORATORIO

- SHENZHEN CTO TECHNOLOGY SERVICE CO., LTD. CHINA  
9 / F, Bloque B, 196 Tangtuo Avenue, comunidad Langxin, calle shiyan, distrito Baoan, Shenzhen, China

Pág. 1 de 3

*ESTE INFORME TIENE UNA VALIDEZ DE UN AÑO A CONTAR DE SU FECHA DE EMISIÓN*

Nota Importante al reverso



## 3.- ANTECEDENTES CONTENIDOS DE INFORME.

Items	Antecedentes Informe		Referencias
1	Informe de referencia	:	CTO200326122MRS
2	Nombre solicitante	:	Guangzhou Bofeite Safety Protective Supplies Co., Ltd
3	Laboratorio de pruebas	:	Shenzhen cto technology service co., ltd
4	Método de prueba	:	EN 149: 2001 + A1: 2009
5	Descripción elemento de prueba	:	Máscara facial HT9510, HT9520
6	Fabricante de producto	:	Guangzhou Bofeite Safety Protective Supplies Co., Ltd
7	Clasificación de producto	:	FFP2 NR
8	Requisitos y pruebas	:	Según EN 149: 2001 + A1: 2009
9	Resultados de filtración >95%	:	Cumple estándares CE filtración >95%



### 3. CONCLUSIÓN

- SE ESTABLECE Y VALIDA EN BASE A LOS ANTECEDENTES ENTREGADOS Y REVISADOS, QUE LAS MASCARILLAS MODELO HT9510. CUMPLEN CON LAS NORMAS EN 149: 2001 + A1: 2009.
- EL ALCANCE DE LOS INFORMES ,NO AVALA EL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE MASCARILLAS. EN NINGÚN CASO ESTE INFORME PUEDE SER UTILIZADO PARA CERTIFICAR LA CALIDAD DEL PRODUCTO.

### 4. OBSERVACIONES

- Los antecedentes técnicos para ser evaluados fueron proporcionados formalmente por ALLERGIKA CHILE SPA.

-----

**MARCO TORO B.**  
Jefe Depto. Industrial

LLG/